



Универзитет у Београду
Научна установа
Институт за хемију технологију и металургију

Његошева 12, 11001 Београд, П. фах 473
Телефони: централа 3640-232; ген. директор 3640-227; фах: 3640-234
E-mail: ihtm@ihtm.bg.ac.rs; <http://www.ihtm.bg.ac.rs>
ПИБ: 100160355, Матични број: 07805497, Жиро рачун: 205-67093-84

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењем за ЈНМБ 4/19, упућеног од стране заинтересованог лица наручиоцу, Институту за хемију, технологију и металургију, дана 5.6.2019. године, наводимо следеће:

Заинтересовано лице је поставило питање на које Наручилац даје одговор:

Питање:

Poštovani,

Везано за техничке карактеристике лабораторијске центрифуге из јавне набавка ЈНМБ 4/19, молимо Вас за појашњење.

- Да ли је прихватљиво да се уместо једног ротора са адаптерима за две врсте кивета, понуде два фиксна ротора чиме би се задржала максимална брзина од 10.000 rpm и побољшала ефикасност центрифуге.

Одговор:

Ова опција је прихватљива за Наручиоца.

Комисија за јавну набавку 4/19